

Сведения о результатах внешнего государственного (муниципального) финансового контроля

Таблица №7

Дата проверки	Наименование контрольного органа	Тема проверки	Результаты проверки	Меры по результатам проверки
1	2	3	4	5
март	Территориальный орган ФС по надзору в сфере здравоохранения по Алтайскому краю	плановая выездная	Оснастить офтальмологический кабинет следующим оборудованием: автоматический проектор знаков с принадлежностями, таблицы для определения цветоощущения, автоматический рефрактомер, набор скиа-скопических линеек, щелевая лампа стационарная, электрический офтальмоскоп, диафаноскоп, экзофтальмометр, автоматический пневмотонометр, бинокулярный офтальмоскоп для обратной офтальмоскопии с налобной фиксацией, набор диагностических офтальмологических линз для непрямой офтальмоскопии, диагностическая офтальмологическая универсальная трехзеркальная линза для офтальмоскопии, периметр, Фониоскоп, офтальмологический фонарик, набор магнитов, набор для промывания слезных путей, векорасширитель, ве-	нарушения устранены

Дата проверки	Наименование контрольного органа	Тема проверки	Результаты проверки	Меры по результатам проверки
1	2	3	4	5
			коподъемник.	
март	Территориальный орган ФС по надзору в сфере здравоохранения по Алтайскому краю	плановая выездная	Оснастить кабинет врача-невролога следующим оборудованием: набор пахучих веществ для исследования функции обонятельного анализа, камертон, персональный компьютер с программами когнитивной реабилитации.	нарушения устранены частично, персональный компьютер с программами когнитивной реабилитации. Срок устранения 02.2020
март	Территориальный орган ФС по надзору в сфере здравоохранения по Алтайскому краю	плановая выездная	Оснастить стоматологический кабинет следующим оборудованием: аппарат для диагностики жизнеспособности пульпы, аппарат для определения глубины корневого канала.	нарушения устранены
март	Территориальный орган ФС по надзору в сфере здравоохранения по Алтайскому краю	плановая выездная	Лицензию на осуществление медицинской деятельности привести в соответствие с осуществляемыми видами работ (услуг).	нарушения устранены
март	Государственная инспекция труда в Алтайском крае	плановая выездная	Дополнить трудовые договора обязательными условиями (ст. 57 ТК РФ, в ходе проверки установлено, что в трудовых договорах работников отсутствуют условия труда на рабочем месте)	нарушения устранены
март	Государственная инспекция труда в	плановая выездная	Заработную плату выплачивать не реже	нарушения устранены

Дата проверки	Наименование контрольного органа	Тема проверки	Результаты проверки	Меры по результатам проверки
1	2	3	4	5
	Алтайском крае		чем каждые пол-месяца (ст.136 ТК РФ) (конкретная дата выплаты заработной платы устанавливается правилами внутреннего распорядка, коллективным договором или трудовым договором не позднее 15 календарных дней со дня окончания периода, за который она начислена.)	
март	Государственная инспекция труда в Алтайском крае	плановая выездная	При прекращении трудового договора выплату всех сумм, причитающихся работнику от работодателя, производить в день увольнения работника (ст.140 ТК РФ)	нарушения устранены
март	Государственная инспекция труда в Алтайском крае	плановая выездная	Ознакомить работников с условиями труда на рабочем месте (ст.212 ТК РФ) (работники не ознакомлены с условиями труда на рабочем месте)	нарушения устранены
май	Государственная инспекция труда в Алтайском крае	плановая выездная		нарушения устранены
июнь	Территориальный орган ФС по надзору в сфере здравоохранения по Алтайскому краю	плановая выездная		нарушения устранены
июль	Пенсионный фонд Российской Федерации	плановая выездная		
июль	Фонд социального страхования Российской Федерации	плановая выездная		

Дата проверки	Наименование контрольного органа	Тема проверки	Результаты проверки	Меры по результатам проверки
1	2	3	4	5
	Федерации			
ноябрь	Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий Главное Управление МЧС России по Алтайскому краю	плановая выездная	1.В лестничных клетках не допускаются размещать грубопроводы с горючими газами и жидкостями(1 этаж эвакуационный выход).	01.09.2020г
ноябрь	Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий Главное Управление МЧС России по Алтайскому краю	плановая выездная	Не соблюдены требования о работе эвакуационного освещения в круглосуточном режиме либо его автоматическом включении при отключении рабочего освещения.	01.09.2020г
ноябрь	Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий Главное Управление МЧС России по Алтайскому краю	плановая выездная	К жилому корпусу КГБСУСО "Тальменский психоневрологический интернат" допущен пристрой 4 степени огнестойкости (ограждение лестничного марша выполненного из металлического профиля)	01.09.2020г
ноябрь	Государственная инспекция труда в Алтайском крае	плановая выездная	Согласно ст 13 ФЗ от 28.12.2013г №442-ФЗ "Об основах социального обслуживания граждан в РФ (далее ФЗ №442-ФЗ),п.2 Правил размещения и обновления информации о поставщике социальных услуг в информационно-телекоммуникационн	нарушения устранены

Дата проверки	Наименование контрольного органа	Тема проверки	Результаты проверки	Меры по результатам проверки
1	2	3	4	5
			ой сети "Интернет" утвержденных Постановлением Правительства РФ от 24.11.2014года №1238 на своем официальном сайте, разместить информацию:- о форме социального обслуживания, видах социальных услуг, порядке и об условиях их предоставления, о тарифах на социальные услуги:- о численности получателей социальных услуг по формам социального обслуживания и видам социальных услуг за счет бюджетных ассигнований и бюджетов субъектов РФ и в соответствии с договорами за счет средств физических лиц и (или) юридических лиц;- о количестве свободных мест для приема получателей социальных услуг по формам социального обслуживания финансируемых за счет бюджетных ассигнований бюджетов субъектов РФ, а также оплачиваемых в соответствии с договорами за счет средств физических лиц и (или) юридических лиц;- о	

Дата проверки	Наименование контрольного органа	Тема проверки	Результаты проверки	Меры по результатам проверки
1	2	3	4	5
			объеме предоставляемых социальных услуг за счет бюджетных ассигнований бюджетов субъектов РФ и в соответствии с договорами за счет средств средств физических лиц и (или) юридических лиц	
ноябрь	Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Алтайскому краю	плановая выездная	В процедурном кабинете выключатель бактерицидных облучателей не выведен за пределы рабочего помещения, что является нарушением 4.6 СанПиН 2.1.3.2630-10 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям, осуществляющим медицинскую деятельность"	нарушения устранены
ноябрь	Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Алтайскому краю	плановая выездная	В процедурном кабинете журнал учета работы бактерицидной установки не отвечает требованиям приложения 3, п. 10.5 РЗ.5.1904-04 "Использование ультрафиолетового бактерицидного излучения для обеззараживания воздуха в помещениях" и п. 11.12 раздела I. "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям,	нарушения устранены

Дата проверки	Наименование контрольного органа	Тема проверки	Результаты проверки	Меры по результатам проверки
1	2	3	4	5
			осуществляющим медицинскую деятельность". Не считается общее число работы бактерицидной установки.	
ноябрь	Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Алтайскому краю	плановая выездная	Используется мебель не устойчивая к моющим и дезинфицирующим средствам в сестринской и ординаторской, что является нарушением п.8.8 СанПиН2.1.3.2630-10 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям, осуществляющим медицинскую деятельность"	

Директор

Зеленьков И.П

Гл.бухгалтер

Граф Т.А

